חינוך למטופל ולמטפל

מה לעשות בבית במהלך קבלת עירוי של בלינאטומומאב (Blincyto®): מידע עבור מטופלים ילדים

מידע זה מסביר מה לעשות בבית במהלך קבלת עירוי של בלינאטומומאב במשאב זה, המילים "אתה" ו"שלך" פירושן אתה או ילדך.

מידע זה מכוון למטופלים ילדים (המקבלים טיפול ב-MSK Kids). אם אינך מקבל טיפול ב-MSK Kids, צוות הטיפול שלך ייתן לך הנחיות אחרות.

לקבלת הוראות נוספות לגבי מה עליך לעשות בבית במהלך העירוי, ניתן לקרוא את *Blinatumomab* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/medications/pediatric/blinatumomab).

בדוק את צינורית העירוי מדי יום

- בדוק את החיבורים שעל צינורית העירוי לפחות פעם ביום. ודא שהם מהודקים כהלכה.
  - **אל תחבר מחדש את הצינורית אם היא מתנתקת.** הדק אותה עם המלחציים שמחוברים אל הצינורית. התקשר מיד למספר 212-639-2000. בקש לשוחח עם רופא הילדים התורן.

- ודא ששום דבר לא מושך את הצינורית. חשוב להקפיד שתיק הגב המכיל את הבלינאטומומאב יימצא בקרבת מקום. אם תתרחק מדי מתיק הגב, זה ימשוך את צינורית העירוי.

בדוק את המשאבה מדי יום

- בדוק את נורת העירוי על המשאבה לפחות פעם אחת ביום. הנורה צריכה להבהב באור ירוק.
  - אם המשאבה מצפצפת, יש להתקשר למספר 212-639-2000. בקש לשוחח עם רופא הילדים התורן.
  - ייתכן שהמשאבה תציג מידע על המסך בזמן הצפצוף. לקבלת דוגמאות למידע שהמשאבה עשויה להציג, ניתן לקרוא את *CADD®-Solis VIP Alarm Help Guide* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide).
- הקפד שהמשאבה תהיה בגובה הלב או מעליו. זה מסייע לבלינאטומומאב לזרום באופן קבוע.
- הרחק את המשאבה מאור שמש ישיר.
- הימנע מחשיפת המשאבה לטמפרטורות מתחת ל-34°F (2°C) או מעל 104°F (40°C).
- הימנע מחשיפת המשאבה ללחות גבוהה מאוד. דוגמה למקום עם לחות גבוהה מאוד היא חדר אמבטיה מלא אדים לאחר מקלחת חמה וארוכה.

הקפד שהתחבושת שעל הצנתר המושתל תישאר יבשה,

נקייה ושלמה

- כסה את התחבושת שעל הצנתר המושתל בתחבושת חסינת מים (כגון AquaGuard®) בכל פעם שאתה מתקלח או עושה אמבטיה. צוות הטיפול שלך יראה לך כיצד.
- אם התחבושת מתלכלכת, נרטבת או נקרעת, התקשר למספר 212-639-2000. בקש לשוחח עם רופא הילדים התורן. יהיה עליך להגיע למרכז הטיפול האמבולטורי לילדים (PACC) כדי שנוכל להחליף את התחבושת.

ודא שהעירוי לא הושהה או נפסק

- במהלך העירוי, יתואמו עבורך תורים להחלפת התיק המכיל את הבלינאטומומאב. **חשוב מאוד להגיע בזמן לתורים אלה.** כך נוכל לוודא שהתיק שמכיל את הבלינאטומומאב מוחלף בזמן הנכון בדיוק.
- **אם יש בעיה עם המשאבה, צינורית העירוי או הצנתר המושתל, יש להתקשר מיד למספר 202-639-2000.** בקש לשוחח עם רופא הילדים התורן. יהיה עליך להגיע למרכז הטיפול האמבולטורי לילדים (PACC) במנהטן.
    - ייתכן שתצטרך לשהות זמן רב ב-PACC אם תזדקק באופן בלתי צפוי לתיק חדש המכיל בלינאטומומאב . אנו מייצרים תיק רק כאשר יש בו צורך. בתהליך זה מעורבים אנשים רבים והוא יכול לארוך מספר שעות.
- אם העירוי נפסק ליותר מארבע שעות, ייתכן שנאשפז אותך בבית החולים כדי להתחיל אותו מחדש. זאת בגלל שכאשר העירוי מתחיל

שוב, אתה עשוי לחוות תופעות לוואי. בבית החולים אנו יכולים לעקוב אחר תופעות הלוואי האלה ולנהל אותן בצורה טובה יותר.

מתי להתקשר לצוות הטיפול

התקשר למספר 212-639-2000 ובקש לשוחח עם רופא הילדים התורן כאשר:

- צינורית העירוי מתנתקת.
- המשאבה מצפצפת.
- התחבושת שעל הצנתר המושתל מתלכלכת, נרטבת או נקרעת.
- אתה חווה כל כאב או נפיחות מסביב לצנתר המושתל.
- יש סימן כלשהו לדליפה של נוזלים מהצנתר המושתל, הצינוריות או המשאבה.
- אם יש לך שאלות או חששות.

באפשרותך לשוחח עם רופא הילדים התורן 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

למשאבים נוספים אנא בקר/י ב- www.mskcc.org/pe כדי לחפש בספריה הוירטואלית שלנו.

כל הזכויות בבעלות ושמורות ל-Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center