

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

## Что делать дома во время инфузии Blinatumomab (Blincyto®): информация для пациентов детского возраста

Эта информация поможет вам понять, что делать дома во время инфузии blinatumomab. Использованные в тексте этого материала слова «вы» и «ваш» также относятся к вам или вашему ребенку.

Эта информация предназначена для пациентов детского возраста (проходящих лечение в MSK Kids). Если вы не проходите лечение в MSK Kids, ваша лечащая команда даст вам другие указания.

Для получения дополнительной информации о том, что делать дома во время инфузии, ознакомьтесь с материалом *Blinatumomab* ([www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/medications/pediatric/blinatumomab](http://www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/medications/pediatric/blinatumomab)).

## Ежедневно проверяйте инфузионную систему

- Проверьте соединение компонентов на инфузионной системе как минимум один раз в день. Убедитесь в надежности соединения этих компонентов.
  - Если система отсоединилась, не пытайтесь подключить ее снова. Зажмите ее зажимом, прикрепленным к системе. Немедленно позвоните 212-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром.
- Убедитесь, что ничего не натягивает систему. Помните, что ранцевый блок с blinatumab должен всегда находиться рядом с вами. Если вы отойдете слишком далеко от него, он будет натягивать инфузионную систему.

## Ежедневно проверяйте помпу

- Проверьте индикатор инфузии на помпе как минимум один раз в день. Он должен мигать зеленым цветом.
  - Если помпа подает звуковой сигнал, позвоните по номеру 212-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром.

- При подаче звукового сигнала помпа может отображать информацию на экране. Примеры отображаемой информации приведены в материале *CADD®-Solis VIP Alarm Help Guide* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide)).
- Помпа должна располагаться на уровне сердца или выше. Это способствует стабильному введению blinatumomab.
- Защищайте помпу от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте помпу воздействию температур ниже 34 °F (2°C) или выше 104 °F (40 °C).
- Не используйте помпу в условиях очень высокой влажности, например, в ванной комнате после долгого и горячего душа.

**Следите за тем, чтобы повязка (бандаж) на имплантируемом порте всегда была чистой, сухой и неповрежденной**

- Каждый раз, когда принимаете ванну или душ, накрывайте повязку на имплантируемом порте водонепроницаемой пленкой (например, AquaGuard®). Ваша лечащая команда покажет вам,

как это делать.

- Если повязка испачкалась, намокла или порвалась, позвоните по телефону 212-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром. Для замены повязки вам нужно будет прийти в Педиатрический центр амбулаторной помощи (Pediatric Ambulatory Care Center (PACC)).

## **Следите за тем, чтобы инфузия выполнялась по расписанию и без перерывов**

- Во время инфузии вам будут назначены приемы для замены пакета с blinatumab. Очень важно приходить на эти приемы вовремя. Это поможет нам в нужный момент заменить пакет с blinatumab.
- Если возникла проблема с помпой, инфузионной системой или имплантируемым портом, сразу же звоните по телефону 202-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром. Вам нужно будет приехать в PACC на Манхэттене.
  - Возможно, вам придется задержаться в PACC, если вам неожиданно понадобится новый пакет с blinatumab. Мы предоставляем новый пакет по мере необходимости. В этом процессе участвует много людей, и он может занять несколько часов.

- Если инфузия прекращается более чем на 4 часа, то для ее возобновления мы можем положить вас в больницу. Это связано с тем, что при возобновлении инфузии у вас могут возникнуть побочные эффекты. В больнице мы можем наблюдать и контролировать их более эффективно.

## **Когда звонить лечащей команде**

Звоните по номеру 212-639-2000 и спросите врача-педиатра, если:

- инфузионная система отсоединилась;
- помпа подает звуковой сигнал;
- повязка на имплантируемом порте загрязнена, намочена или повреждена;
- наблюдается боль или отек вокруг имплантируемого порта;
- есть признаки подтекания жидкости из имплантируемого порта, трубки или помпы;
- возникли какие-либо вопросы или опасения.

Вы можете обращаться к педиатру круглосуточно без выходных.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

What To Do at Home During Your Blinatumomab (Blincyto®) Infusion: Information for Pediatric Patients - Last updated on May 5, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center