Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

Blinatumomab (Blincyto®) 输注期间在家应完成的事项：成人患者信息

本信息介绍了 Blinatumomab 输注期间在家应完成的事项。

本信息适用于成人患者。 如果您在 MSK 儿科接受治疗，您的医疗团队将给出不同的指示。

请阅读*Blinatumomab* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/medications/adult/blinatumomab)，了解有关输注期间在家应完成事项的更多说明。

每天检查输液导管

- 每天至少检查一次输液导管的连接处。 确保连接牢固。
  - **如果输液导管断开，请勿自行重新连接。** 用输液导管上的夹子将其夹紧。 立即联系您的 MSK 医生办公室。 他们会告知您该怎么做。
- 确保导管没有任何拉扯。 切记将 Blinatumomab 带泵袋放在附近。 如果距离过远，带泵袋会拉扯输液导管。
- 如果 Blinatumomab 泄漏或溢出，请按照资源*化疗药物泄漏或溢出时遵循 4C 原则* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/follow-4-cs-if-your-chemo-leaks-

spills)中的说明操作。 医疗团队将为您提供副本，您也可以线上查看。

每天检查输液泵

- 每天至少检查一次输液泵上的输注指示灯。 指示灯应为绿色并闪烁。
  - 输液泵发出哔声时可能会在屏幕上显示信息。 请阅读*CADD®-Solis VIP Alarm Help Guide* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide)，了解输液泵的警报以及警报响起时的应对措施。
  - 如果您对输注泵有任何疑问，请致电 800-315-3287 联系 InfuSystem。
- 让泵保持在与心脏齐平或高于心脏的位置。 这样有助于 Blinatumomab 稳定流动。
- 避免阳光直射输液泵。
- 避免将输液泵暴露在低于 34 °F (2°C) 或高于 104 °F (40°C) 的温度下。
- 避免将输液泵暴露在极高湿度下。 长时间热水淋浴后充满蒸汽的浴室便是极高湿度环境的一个例子。

保持 PICC 导管或植入式输液港敷料清洁、干燥且无破损

- 经外周静脉置入中心静脉导管 (PICC) 或植入式输液港

(mediport) 上将覆盖敷料（绷带）。 每次盆浴或淋浴时，请使用防水敷料（如 AquaGuard®）覆盖植入式输液港敷料。 医疗团队会向您展示如何操作。

- 如果敷料变脏、变湿或撕裂，请立即致电您的 MSK 医生办公室。 他们会告知您该怎么做。 您需要前往 MSK 诊所，以便我们为您更换敷料。

确保输注不会延迟或停止

- 如果输注停止超过 4 小时，请立即致电您的 MSK 医生办公室。 他们会给您更多指导。
- 在输注过程中，您将预约更换 Blinatumomab 药袋。 按时完成这些预约访视非常重要。

如果您在 MSK 以外的医疗保健提供者处就诊，该怎么办

- 您的护士将为您提供*Blinatumomab (Blincyto®) Wallet Card* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/blinatumomab-blincyto-wallet-card)。 本手册为不熟悉 Blinatumomab 的医疗保健提供者提供了相关信息。 **请随时随身携带该钱包卡。** 如果您需要在 MSK 以外的医疗保健提供者处就诊，请向其出示该卡。
- 您的 Blinatumomab 输注导管上应贴有“请勿冲洗”标签。 此视觉提示可提醒医疗保健提供者避免冲洗 Blinatumomab 输注导管。 请勿撕下该标签。

何时致电您的医疗团队

如果出现以下情况，请致电您的 MSK 医疗保健提供者：

- 输液导管断开。
- PICC 导管或植入式输液港上的敷料脏污、潮湿或撕裂。
- 输注停止超过 4 小时。
- PICC 导管或植入式输液港周围出现疼痛或肿胀。
- PICC 导管或植入式输液港、输液管或输液泵有任何液体渗漏的迹象。
- 任何疑问或担忧。

如果您对输注泵有任何疑问，请致电 800-315-3287 联系 InfuSystem。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利