患者及照护者教育

Blinatumomab (Blincyto®) 输注期间在家应完成的事项：儿科患者信息

本信息介绍了 Blinatumomab 输注期间在家应完成的事项。 在本资源中，“您”和“您的”均指您或您的孩子。

本信息适用于儿童患者（在 MSK 儿科接受治疗的患者）。 如果您不在 MSK 儿科接受治疗，您的医疗团队将提供不同的指导。

请阅读*Blinatumomab* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/medications/pediatric/blinatumomab)，了解有关输注期间在家应完成事项的更多说明。

每天检查输液导管

- 每天至少检查一次输液导管的连接处。 确保连接牢固。
  - **如果输液导管断开，请勿自行重新连接。** 用输液导管上的夹子将其夹紧。 立即拨打 212-639-2000。 要求与儿科进修医生交谈。
- 确保导管没有任何拉扯。 切记将 Blinatumomab 背包放在附近。 如果距离过远，背包会拉扯输液导管。

每天检查输液泵

- 每天至少检查一次输液泵上的输注指示灯。 指示灯应为绿色并闪烁。
  - 如果输液泵发出哔声，请致电 212-639-2000。 要求与儿科进修医生交谈。
  - 输液泵发出哔声时可能会在屏幕上显示信息。 请阅读*CADD®-Solis VIP Alarm Help Guide* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide)，了解可能显示的内容示例。
- 让泵保持在与心脏齐平或高于心脏的位置。 这样有助于 Blinatumomab 稳定流动。
- 避免阳光直射输液泵。
- 避免将输液泵暴露在低于 34 °F (2°C) 或高于 104 °F (40°C) 的温度下。
- 避免将输液泵暴露在极高湿度下。 长时间热水淋浴后充满蒸汽的浴室便是极高湿度环境的一个例子。

保持植入式输液港敷料（绷带）清洁、干燥且无破损

- 每次盆浴或淋浴时，请使用防水敷料（如 AquaGuard®）覆盖植入式输液港敷料。 医疗团队会向您展示如何操作。
- 如果敷料变脏、变湿或撕裂，请致电 212-639-2000。 要求与儿科进修医生交谈。 您需要前往儿科门诊护理中心 (PACC)，以便我们为您更换敷料。

确保输注不会延迟或停止

- 在输注过程中，您将预约更换 Blinatumomab 药袋。**按时完成这些预约访视非常重要。** 这样有助于确保我们在正确的时间更换 Blinatumomab 药袋。
- **如果输液泵、输液导管或植入式输液港出现问题，请立即致电 202-639-2000。** 要求与儿科进修医生交谈。 您需要前往曼哈顿的 PACC。
    - 如果您意外需要新的 Blinatumomab 药袋，则可能会在 PACC 停留较长时间。 我们只在您有需要时才会制作每个药袋。 这个过程需要很多相关人员参与，可能需要几个小时。
- 如果您的输注停止超过 4 小时，我们可能会让您入院重新开始输注。 这是因为当再次开始输注时，您可能会出现副作用。 在医院，我们可以更好地观察和控制这些副作用。

何时致电您的医疗团队

如果出现以下情况，请致电 212-639-2000 咨询儿科进修医生：

- 输液导管断开。
- 输液泵发出哔声。
- 植入式输液港敷料脏污、潮湿或撕裂。
- 植入式输液港周围疼痛或肿胀。
- 植入式输液港、输液导管或输液泵有液体渗漏的迹象。
- 任何疑问或担忧。

您可以每周 7 天、每天 24 小时与儿科进修医生进行讨论。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利

Memorial Sloan Kettering Cancer Center